

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010305	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010305	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010305	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010305	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010306	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010306	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010306	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010306	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010307	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010307	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010307	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010307	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010308	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010308	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010308	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010308	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010309	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010309	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010309	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010309	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010310	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010310	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010310	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010310	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010311	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010311	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010311	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010311	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010312	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010312	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010312	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010312	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010313	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010313	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010313	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010313	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010314	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010314	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010314	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010314	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010315	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010315	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010315	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010315	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010316	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010316	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010316	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010316	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010317	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010317	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010317	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010317	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010318	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010318	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010318	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010318	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010319	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010319	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010319	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010319	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010320	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010320	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010320	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010320	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010321	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010321	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010321	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010321	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010322	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010322	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010322	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010322	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010323	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010323	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010323	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010323	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010324	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010324	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010324	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010324	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010325	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010325	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010325	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010325	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010326	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010326	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010326	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010326	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010327	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010327	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010327	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010327	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010328	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010328	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010328	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010328	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010329	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010329	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010329	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010329	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010330	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010330	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010330	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010330	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010331	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010331	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010331	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010331	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010332	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010332	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010332	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010332	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010333	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010333	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010333	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010333	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010334	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010334	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010334	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010334	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010335	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010335	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010335	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010335	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010336	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010336	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010336	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010336	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010337	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010337	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010337	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010337	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010338	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010338	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010338	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010338	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010339	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010339	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010339	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010339	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010340	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010340	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010340	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010340	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010341	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010341	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010341	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010341	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010342	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010342	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010342	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010342	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010343	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010343	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010343	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010343	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010344	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010344	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010344	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010344	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010345	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010345	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010345	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010345	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010346	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010346	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010346	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010346	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010347	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010347	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010347	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010347	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010348	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010348	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010348	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010348	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010349	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010349	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010349	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010349	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010350	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010350	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010350	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010350	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010351	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010351	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010351	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010351	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010352	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010352	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010352	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010352	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010353	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010353	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010353	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010353	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010354	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010354	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010354	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010354	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010355	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010355	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010355	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010355	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010356	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010356	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010356	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010356	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010357	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010357	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010357	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010357	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010358	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010358	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010358	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010358	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010359	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010359	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010359	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010359	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010360	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010360	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010360	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010360	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010361	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010361	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010361	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010361	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010362	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010362	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010362	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010362	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010363	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010363	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010363	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010363	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010364	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010364	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010364	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010364	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010365	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010365	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010365	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010365	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010366	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010366	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010366	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010366	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010367	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010367	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010367	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010367	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010368	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010368	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010368	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010368	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010369	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010369	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010369	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010369	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010370	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010370	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010370	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010370	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010371	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010371	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010371	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010371	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010372	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010372	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010372	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010372	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010373	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010373	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010373	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010373	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010374	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010374	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010374	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010374	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010375	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010375	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010375	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010375	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010376	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010376	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010376	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010376	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010377	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010377	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010377	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010377	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010378	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010378	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010378	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010378	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010379	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010379	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010379	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010379	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010380	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010380	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010380	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010380	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010381	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010381	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010381	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010381	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010382	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010382	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010382	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010382	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010383	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010383	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010383	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010383	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010384	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010384	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010384	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010384	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010385	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010385	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010385	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010385	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010386	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010386	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010386	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010386	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010387	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010387	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010387	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010387	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010388	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010388	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010388	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010388	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010389	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010389	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010389	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010389	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010390	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010390	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010390	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010390	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010391	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010391	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010391	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010391	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010392	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010392	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010392	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010392	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010393	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010393	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010393	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010393	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010394	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010394	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010394	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010394	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010395	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010395	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010395	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010395	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010396	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010396	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010396	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010396	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010397	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010397	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010397	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010397	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010398	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010398	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010398	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010398	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010399	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010399	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010399	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010399	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010400	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010400	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010400	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010400	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/09	2024/01			
812	出入・被ばく管理設備	010401	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010401	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010401	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010401	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010402	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010402	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010402	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010402	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010403	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010403	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010403	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010403	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010404	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010404	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010404	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010404	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010405	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010405	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010405	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010405	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010406	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010406	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010406	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010406	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010407	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010407	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010407	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010407	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010408	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010408	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010408	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010408	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010409	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010409	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010409	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010409	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010410	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010410	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010410	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010410	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010411	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010411	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010411	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010411	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010412	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010412	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010412	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010412	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010413	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010413	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010413	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010413	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010414	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010414	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010414	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010414	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010415	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010415	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010415	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010415	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010416	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010416	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010416	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010416	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010417	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010417	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010417	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010417	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010418	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010418	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010418	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010418	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010419	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010419	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010419	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010419	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010420	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010420	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010420	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010420	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010421	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010421	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010421	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010421	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010422	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010422	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010422	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010422	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010423	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010423	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010423	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010423	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010424	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010424	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010424	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010424	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010425	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010425	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010425	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010425	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010426	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010426	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010426	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010426	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010427	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010427	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010427	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010427	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010428	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010428	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010428	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010428	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010429	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010429	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010429	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010429	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010430	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010430	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010430	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010430	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010431	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010431	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010431	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010431	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010432	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010432	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010432	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010432	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010433	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010433	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010433	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010433	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010434	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010434	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010434	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010434	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010435	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010435	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010435	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010435	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010436	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010436	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010436	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010436	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010437	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010437	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010437	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010437	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010438	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010438	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010438	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010438	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010439	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010439	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010439	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010439	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010440	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010440	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010440	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010440	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010441	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010441	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010441	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010441	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010442	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010442	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010442	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010442	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010443	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010443	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010443	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010443	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010444	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010444	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010444	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010444	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010445	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010445	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010445	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010445	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010446	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010446	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010446	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010446	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010447	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010447	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010447	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010447	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010448	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010448	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010448	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010448	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010449	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010449	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010449	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010449	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010450	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010450	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010450	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010450	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010451	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010451	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010451	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010451	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010452	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010452	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010452	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010452	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010453	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010453	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010453	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010453	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010454	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010454	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010454	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010454	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010455	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010455	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010455	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010455	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010456	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010456	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010456	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010456	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010457	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010457	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010457	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010457	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010458	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010458	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010458	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010458	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010459	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010459	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010459	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010459	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010460	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010460	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010460	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010460	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010461	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010461	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010461	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010461	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010462	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010462	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010462	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010462	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010463	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010463	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010463	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010463	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010464	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010464	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010464	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010464	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010465	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010465	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010465	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010465	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010466	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010466	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010466	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010466	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010467	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010467	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010467	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010467	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010468	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010468	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010468	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010468	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010469	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010469	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010469	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010469	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010470	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010470	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010470	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010470	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010471	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010471	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010471	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010471	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010472	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010472	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010472	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010472	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010473	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010473	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010473	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010473	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010474	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010474	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010474	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010474	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010475	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010475	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010475	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010475	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010476	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010476	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010476	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010476	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010477	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010477	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010477	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010477	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010478	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010478	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010478	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010478	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010479	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010479	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010479	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010479	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010480	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010480	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010480	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010480	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010481	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010481	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010481	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010481	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010482	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010482	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010482	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010482	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010483	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010483	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010483	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010483	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010484	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010484	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010484	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010484	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010485	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010485	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010485	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010485	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010486	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010486	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010486	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010486	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010487	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010487	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010487	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010487	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010488	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010488	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010488	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010488	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010489	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010489	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010489	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010489	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010490	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010490	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010490	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010490	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010491	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010491	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010491	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010491	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010492	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010492	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010492	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010492	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010493	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010493	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010493	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010493	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010494	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010494	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010494	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010494	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	010495	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010495	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010495	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	010495	1線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	030001	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030001	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030001	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030001	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030002	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030002	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030002	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030002	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030003	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030003	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030003	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030003	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030004	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030004	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030004	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030004	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030005	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030005	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030005	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030005	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030006	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030006	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030006	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030006	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030007	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030007	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030007	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030007	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030008	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030008	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030008	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030008	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030009	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030009	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030009	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030009	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030010	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030010	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030010	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030010	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030011	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030011	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030011	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030011	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030012	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030012	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030012	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030012	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030013	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030013	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030013	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030013	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030014	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030014	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030014	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030014	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030015	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030015	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030015	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030015	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030016	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030016	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030016	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030016	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030017	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030017	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030017	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030017	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030018	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030018	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030018	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030018	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030019	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030019	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030019	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030019	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030020	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030020	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030020	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030020	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030021	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030021	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030021	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030021	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030022	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030022	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030022	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030022	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030023	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030023	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030023	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030023	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030024	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030024	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030024	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030024	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030025	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030025	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030025	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030025	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030026	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030026	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030026	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030026	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030027	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030027	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030027	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030027	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030028	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030028	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030028	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030028	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030029	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030029	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030029	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030029	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030030	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030030	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030030	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030030	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030031	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030031	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030031	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030031	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030032	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030032	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030032	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030032	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030033	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030033	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030033	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030033	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030034	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030034	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030034	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030034	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030035	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030035	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030035	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030035	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030036	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030036	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030036	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030036	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030037	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030037	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030037	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030037	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030038	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030038	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030038	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030038	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030039	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030039	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030039	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030039	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030040	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030040	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030040	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030040	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030041	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030041	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030041	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030041	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030042	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030042	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030042	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030042	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030043	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030043	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030043	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030043	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030044	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030044	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030044	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030044	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030045	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030045	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030045	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030045	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030046	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030046	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030046	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030046	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030047	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030047	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030047	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030047	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030048	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030048	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030048	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030048	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030049	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030049	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030049	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030049	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030050	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030050	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030050	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030050	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030051	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030051	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030051	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030051	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030052	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030052	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030052	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030052	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030053	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030053	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030053	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030053	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030054	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030054	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030054	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030054	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030055	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030055	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030055	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030055	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030056	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030056	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030056	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030056	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030057	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030057	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030057	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030057	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030058	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030058	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030058	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030058	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030059	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030059	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030059	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030059	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030060	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030060	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030060	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030060	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030061	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030061	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030061	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030061	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030062	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030062	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030062	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030062	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030063	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030063	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030063	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030063	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030064	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030064	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030064	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030064	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030065	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030065	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030065	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030065	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030066	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030066	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030066	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030066	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030067	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030067	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030067	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030067	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030068	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030068	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030068	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030068	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030069	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030069	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030069	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030069	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030070	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030070	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030070	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030070	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030071	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030071	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030071	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030071	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030072	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030072	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030072	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030072	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030073	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030073	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030073	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030073	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030074	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030074	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030074	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030074	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030075	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030075	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030075	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030075	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030076	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030076	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030076	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030076	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030077	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030077	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030077	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030077	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030078	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030078	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030078	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030078	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030079	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030079	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030079	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030079	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030080	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030080	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030080	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030080	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030081	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030081	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030081	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030081	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030082	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030082	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030082	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030082	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030083	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030083	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030083	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030083	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030084	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030084	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030084	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030084	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030085	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030085	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030085	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030085	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030086	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030086	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030086	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030086	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030087	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030087	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030087	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030087	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030088	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030088	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030088	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030088	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030089	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030089	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030089	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030089	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030090	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030090	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030090	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030090	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030091	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030091	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030091	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030091	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030092	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030092	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030092	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030092	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030093	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030093	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030093	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030093	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030094	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030094	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030094	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030094	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030095	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030095	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030095	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030095	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030096	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030096	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030096	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030096	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030097	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030097	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030097	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030097	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030098	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030098	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030098	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030098	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030099	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030099	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030099	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030099	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030100	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030100	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030100	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030100	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030101	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030101	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030101	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030101	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030102	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030102	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030102	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030102	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030103	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030103	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030103	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030103	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030104	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030104	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030104	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030104	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030105	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030105	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030105	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030105	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030106	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030106	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030106	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030106	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030107	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030107	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030107	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030107	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030108	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030108	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030108	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030108	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030109	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030109	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030109	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030109	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030110	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030110	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030110	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030110	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030111	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030111	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030111	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030111	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030112	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030112	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030112	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030112	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030113	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030113	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030113	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030113	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030114	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030114	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030114	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030114	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030115	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030115	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030115	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030115	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030116	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030116	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030116	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030116	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030117	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030117	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030117	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030117	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030118	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030118	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030118	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030118	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030119	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030119	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030119	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030119	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030120	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030120	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030120	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030120	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030121	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030121	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030121	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030121	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030122	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030122	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030122	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030122	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030123	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030123	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030123	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030123	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030124	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030124	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030124	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030124	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030125	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030125	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030125	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030125	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030126	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030126	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030126	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030126	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030127	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030127	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030127	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030127	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030128	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030128	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030128	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030128	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030129	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030129	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030129	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030129	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030130	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030130	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030130	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030130	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030131	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030131	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030131	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030131	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030132	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030132	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030132	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030132	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030133	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030133	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030133	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030133	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030134	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030134	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030134	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030134	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030135	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030135	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030135	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030135	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030136	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030136	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030136	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030136	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030137	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030137	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030137	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030137	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030138	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030138	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030138	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030138	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030139	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030139	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030139	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030139	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030140	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030140	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030140	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030140	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030141	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030141	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030141	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030141	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030142	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030142	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030142	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030142	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030143	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030143	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030143	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030143	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030144	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030144	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030144	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030144	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030145	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030145	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030145	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030145	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030146	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030146	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030146	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030146	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030147	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030147	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030147	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030147	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030148	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030148	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030148	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030148	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030149	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030149	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030149	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030149	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030150	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030150	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030150	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030150	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030151	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030151	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030151	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030151	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030152	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030152	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030152	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030152	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030153	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030153	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030153	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030153	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030154	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030154	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030154	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030154	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030155	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030155	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030155	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030155	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030156	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030156	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030156	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030156	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030157	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030157	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030157	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030157	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030158	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030158	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030158	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030158	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030159	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030159	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030159	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030159	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030160	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030160	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030160	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030160	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030161	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030161	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030161	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030161	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030162	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030162	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030162	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030162	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030163	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030163	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030163	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030163	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030164	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030164	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030164	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030164	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030165	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030165	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030165	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030165	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030166	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030166	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030166	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030166	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030167	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030167	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030167	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030167	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030168	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030168	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030168	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030168	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030169	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030169	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030169	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030169	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030170	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030170	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030170	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030170	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030171	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030171	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030171	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030171	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030172	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030172	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030172	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030172	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030173	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030173	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030173	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030173	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030174	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030174	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030174	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030174	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030175	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030175	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030175	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030175	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030176	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030176	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030176	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030176	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030177	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030177	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030177	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030177	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030178	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030178	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030178	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030178	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030179	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030179	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030179	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030179	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030180	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030180	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030180	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030180	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030181	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030181	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030181	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030181	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030182	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030182	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030182	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030182	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030183	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030183	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030183	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030183	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030184	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030184	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030184	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030184	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030185	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030185	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030185	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030185	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030186	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030186	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030186	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030186	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030187	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030187	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030187	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030187	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030188	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030188	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030188	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030188	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030189	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030189	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030189	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030189	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030190	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030190	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030190	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030190	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030191	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030191	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030191	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030191	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030192	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030192	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030192	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030192	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030193	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030193	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030193	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030193	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030194	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030194	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030194	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030194	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030195	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030195	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030195	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030195	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030196	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030196	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030196	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030196	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030197	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030197	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030197	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030197	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030198	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030198	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030198	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030198	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030199	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030199	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030199	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030199	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030200	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030200	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030200	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030200	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030201	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030201	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030201	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030201	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030202	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030202	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030202	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030202	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030203	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030203	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030203	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030203	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030204	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030204	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030204	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030204	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030205	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030205	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030205	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030205	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030206	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030206	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030206	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030206	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030207	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030207	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030207	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030207	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030208	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030208	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030208	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030208	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030209	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030209	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030209	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030209	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030210	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030210	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030210	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030210	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030211	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030211	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030211	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030211	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030212	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030212	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030212	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030212	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030213	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030213	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030213	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030213	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030214	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030214	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030214	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030214	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030215	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030215	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030215	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030215	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030216	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030216	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030216	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030216	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030217	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030217	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030217	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030217	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030218	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030218	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030218	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030218	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030219	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030219	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030219	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030219	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030220	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030220	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030220	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030220	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030221	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030221	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030221	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030221	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030222	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030222	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030222	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030222	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030223	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030223	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030223	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030223	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030224	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030224	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030224	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030224	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030225	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030225	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030225	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030225	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030226	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030226	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030226	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030226	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030227	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030227	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030227	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030227	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030228	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030228	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030228	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030228	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030229	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030229	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030229	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030229	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030230	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030230	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030230	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030230	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030231	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030231	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030231	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030231	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030232	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030232	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030232	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030232	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030233	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030233	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030233	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030233	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030234	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030234	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030234	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030234	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030235	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030235	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030235	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030235	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030236	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030236	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030236	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030236	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030237	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030237	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030237	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030237	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030238	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030238	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030238	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030238	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030239	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030239	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030239	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030239	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030240	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030240	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030240	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030240	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030241	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030241	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030241	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030241	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030242	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030242	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030242	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030242	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030243	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030243	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030243	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030243	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030244	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030244	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030244	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030244	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030245	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030245	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030245	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030245	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030246	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030246	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030246	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030246	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030247	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030247	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030247	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030247	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030248	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030248	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030248	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030248	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030249	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030249	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030249	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030249	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030250	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030250	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030250	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030250	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030251	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030251	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030251	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030251	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030252	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030252	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030252	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030252	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030253	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030253	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030253	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030253	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030254	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030254	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030254	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030254	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030255	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030255	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030255	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030255	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030256	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030256	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030256	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030256	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030257	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030257	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030257	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030257	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030258	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030258	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030258	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030258	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030259	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030259	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030259	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030259	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030260	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030260	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030260	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030260	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030261	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030261	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030261	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030261	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030262	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030262	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030262	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030262	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030263	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030263	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030263	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030263	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030264	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030264	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030264	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030264	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030265	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030265	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030265	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030265	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030266	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030266	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030266	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030266	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030267	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030267	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030267	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030267	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030268	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030268	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030268	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030268	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030269	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030269	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030269	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030269	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030270	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030270	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030270	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030270	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030271	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030271	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030271	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030271	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030272	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030272	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030272	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030272	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030273	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030273	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030273	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030273	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030274	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030274	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030274	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030274	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030275	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030275	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030275	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030275	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030276	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030276	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030276	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030276	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030277	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030277	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030277	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030277	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030278	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030278	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030278	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030278	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030279	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030279	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030279	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030279	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030280	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030280	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030280	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030280	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030281	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030281	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030281	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030281	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030282	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030282	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030282	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030282	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030283	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030283	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030283	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030283	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030284	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030284	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030284	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030284	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030285	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030285	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030285	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030285	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030286	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030286	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030286	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030286	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030287	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030287	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030287	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030287	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030288	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030288	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030288	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030288	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030289	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030289	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030289	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030289	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030290	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030290	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030290	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030290	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030291	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030291	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030291	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030291	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030292	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030292	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030292	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030292	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030293	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030293	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030293	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030293	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030294	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030294	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	030294	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030294	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030295	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030295	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	分解点検(充電電池)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030295	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	030295	3線種用アラームメータ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	ABHM-01	α/βハンドフットクロスモニタ	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	ABHM-01	α/βハンドフットクロスモニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	ABHM-01	α/βハンドフットクロスモニタ	1	高	TBM	特性試験	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	ABHM-02	α/βハンドフットクロスモニタ	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	ABHM-02	α/βハンドフットクロスモニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	ABHM-02	α/βハンドフットクロスモニタ	1	高	TBM	特性試験	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	ACDK-01	A C D監視用管理装置端末	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/10	2024/02			・総合動作確認については、入退域管理装置と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	ACDK-01	A C D監視用管理装置端末	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/10	2024/02			・総合動作確認については、入退域管理装置と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AG-01	入退管理装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	AG-01	入退管理装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/10	2024/02			・総合動作確認については、ACD監視用管理装置端末と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AG-02	入退管理装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/10	2024/02			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	AG-02	入退管理装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/10	2024/02			・総合動作確認については、ACD監視用管理装置端末と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AG-03	入退管理装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	AG-03	入退管理装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/10	2024/02			・総合動作確認については、ACD監視用管理装置端末と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AG-04	入退管理装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	AG-04	入退管理装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/10	2024/02			・総合動作確認については、ACD監視用管理装置端末と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AG-05	入退管理装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	AG-05	入退管理装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/10	2024/02			・総合動作確認については、ACD監視用管理装置端末と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AG-06	入退管理装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	AG-06	入退管理装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/10	2024/02			・総合動作確認については、ACD監視用管理装置端末と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AG-07	入退管理装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	AG-07	入退管理装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/10	2024/02			・総合動作確認については、ACD監視用管理装置端末と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AG-08	入退管理装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	AG-08	入退管理装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/10	2024/02			・総合動作確認については、ACD監視用管理装置端末と合わせて実施。

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	AMJ10-01	線量計充電装置（10台用）	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	AMJ10-01	線量計充電装置（10台用）	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	AMJ50-01	線量計充電装置（50台用）	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	AMJ50-01	線量計充電装置（50台用）	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	AMJ50-02	線量計充電装置（50台用）	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	AMJ50-02	線量計充電装置（50台用）	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	AMK-01	線量計貸出装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	AMK-01	線量計貸出装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/12	2024/04			・通信機能の確認については、貸出装置監視用管理装置端末と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AMK-02	線量計貸出装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	AMK-02	線量計貸出装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/12	2024/04			・通信機能の確認については、貸出装置監視用管理装置端末と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AMK-03	線量計貸出装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/01	2024/05			
812	出入・被ばく管理設備	AMK-03	線量計貸出装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/01	2024/05			・通信機能の確認については、貸出装置監視用管理装置端末と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AMK-04	線量計貸出装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/01	2024/05			
812	出入・被ばく管理設備	AMK-04	線量計貸出装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/01	2024/05			・通信機能の確認については、貸出装置監視用管理装置端末と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AMK-05	線量計貸出装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/01	2024/05			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	AMK-05	線量計貸出装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/01	2024/05			・通信機能の確認については、貸出装置監視用管理装置端末と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AMK-06	線量計貸出装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	AMK-06	線量計貸出装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/12	2024/04			・通信機能の確認については、貸出装置監視用管理装置端末と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AMK-07	線量計貸出装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/01	2024/05			
812	出入・被ばく管理設備	AMK-07	線量計貸出装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/01	2024/05			・通信機能の確認については、貸出装置監視用管理装置端末と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AMK-08	線量計貸出装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/01	2024/05			
812	出入・被ばく管理設備	AMK-08	線量計貸出装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/01	2024/05			・通信機能の確認については、貸出装置監視用管理装置端末と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AMKK-01	貸出装置監視用管理装置端末	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/01	2024/05			・総合動作確認については、線量計貸出装置と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AMKK-01	貸出装置監視用管理装置端末	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/01	2024/05			・総合動作確認については、線量計貸出装置と合わせて実施。
812	出入・被ばく管理設備	AMS-01	線量計設定器	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	AMS-01	線量計設定器	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	AMS-02	線量計設定器	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	AMS-02	線量計設定器	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/12	2024/04			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-01	体表面モニタ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-01	体表面モニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	BCM-01	体表面モニタ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-02	体表面モニタ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-02	体表面モニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-02	体表面モニタ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-03	体表面モニタ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-03	体表面モニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-03	体表面モニタ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-04	体表面モニタ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-04	体表面モニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-04	体表面モニタ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-05	体表面モニタ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-05	体表面モニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-05	体表面モニタ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-06	体表面モニタ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-06	体表面モニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BCM-06	体表面モニタ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
812	出入・被ばく管理設備	BGM-01	大型物品搬出モニタ	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/02	2024/06			
812	出入・被ばく管理設備	BGM-01	大型物品搬出モニタ	1	高	TBM	分解点検	16M	2023/02	2024/06			
812	出入・被ばく管理設備	BGM-01	大型物品搬出モニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/02	2024/06			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	BGM-01	大型物品搬出モニタ	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/02	2024/06			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-001	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-001	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-001	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-002	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-002	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-002	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-003	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-003	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-003	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-004	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-004	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-004	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-005	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-005	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-005	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-006	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-006	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-006	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-007	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-007	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-007	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-008	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-008	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-008	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-009	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-009	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-009	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-010	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-010	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-010	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-011	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-011	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-011	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-012	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-012	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-012	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-013	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-013	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-013	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-014	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-014	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-014	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-015	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-015	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-015	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-016	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-016	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-016	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-017	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-017	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-017	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-018	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-018	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-018	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-019	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-019	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-019	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-020	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-020	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-020	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-021	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-021	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-021	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-022	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-022	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-022	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-023	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-023	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-023	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-024	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-024	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-024	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-025	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-025	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-025	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-026	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-026	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-026	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-027	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-027	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-027	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-028	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-028	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-028	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-029	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-029	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-029	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-030	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-030	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-030	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-031	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-031	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-031	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-032	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-032	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-032	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-033	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-033	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-033	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-034	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-034	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-034	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-035	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-035	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-035	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-036	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-036	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-036	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-037	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-037	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-037	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-038	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-038	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-038	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-039	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-039	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-039	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-040	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-040	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-040	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-041	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-041	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-041	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-042	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-042	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-042	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-043	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-043	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-043	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-044	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-044	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-044	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-045	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-045	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-045	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-046	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-046	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-046	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-047	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-047	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-047	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-048	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-048	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-048	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-049	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-049	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-049	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-050	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-050	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-050	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-051	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-051	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-051	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-052	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-052	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-052	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-053	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-053	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-053	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-054	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-054	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-054	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-055	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-055	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-055	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-056	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-056	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-056	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-057	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-057	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-057	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-058	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-058	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-058	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-059	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-059	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-059	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-060	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-060	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-060	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-061	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-061	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-061	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-062	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-062	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-062	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-063	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-063	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-063	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-064	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-064	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-064	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-065	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-065	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-065	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-066	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-066	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-066	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-067	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-067	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-067	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-068	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-068	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-068	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-069	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-069	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-069	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-070	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-070	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-070	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-071	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-071	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-071	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-072	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-072	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-072	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-073	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-073	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-073	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-074	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-074	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-074	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-075	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-075	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-075	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-076	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-076	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-076	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-077	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-077	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-077	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-078	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-078	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-078	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-079	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-079	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-079	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-080	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-080	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-080	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-081	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-081	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-081	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-082	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-082	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-082	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-083	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-083	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-083	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-084	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-084	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-084	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-085	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-085	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-085	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-086	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-086	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-086	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-087	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-087	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-087	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-088	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-088	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-088	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-089	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-089	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-089	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-090	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-090	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-090	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-091	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-091	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-091	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-092	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-092	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-092	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-093	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-093	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-093	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-094	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-094	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-094	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-095	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-095	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-095	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-096	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-096	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-096	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-097	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-097	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-097	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-098	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-098	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-098	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-099	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-099	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-099	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-100	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-100	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-100	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-101	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-101	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-101	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-102	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-102	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-102	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-103	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-103	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-103	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-104	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-104	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-104	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-105	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-105	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-105	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-106	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-106	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-106	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-107	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-107	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-107	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-108	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-108	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-108	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-109	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-109	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-109	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-110	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-110	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-110	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-111	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-111	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-111	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-112	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-112	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-112	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-113	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-113	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-113	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-114	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-114	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-114	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-115	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-115	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-115	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-116	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-116	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-116	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-117	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-117	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-117	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-118	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-118	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-118	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-119	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-119	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-119	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-120	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-120	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-120	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-121	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-121	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-121	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-122	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-122	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-122	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-123	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-123	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-123	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-124	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-124	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-124	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-125	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-125	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-125	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-126	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-126	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-126	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-127	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-127	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-127	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-128	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-128	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-128	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-129	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-129	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-129	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-130	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-130	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-130	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-131	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-131	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-131	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-132	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-132	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-132	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-133	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-133	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-133	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-134	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-134	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-134	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-135	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-135	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-135	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-136	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-136	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-136	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-137	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-137	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-137	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-138	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-138	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-138	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-139	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-139	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-139	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-140	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-140	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-140	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-141	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-141	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-141	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-142	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-142	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-142	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-143	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-143	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-143	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-144	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-144	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-144	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-145	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-145	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-145	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-146	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-146	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-146	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-147	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-147	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-147	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-148	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-148	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-148	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-149	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-149	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-149	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-150	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-150	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-150	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-151	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-151	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-151	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-152	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-152	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-152	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-153	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-153	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-153	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-154	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-154	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-154	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-155	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-155	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-155	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-156	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-156	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-156	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-157	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-157	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-157	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-158	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-158	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-158	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-159	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-159	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-159	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-160	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-160	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-160	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-161	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-161	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-161	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-162	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-162	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-162	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-163	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-163	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-163	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-164	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-164	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-164	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-165	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-165	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-165	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-166	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-166	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-166	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-167	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-167	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-167	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-168	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-168	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-168	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-169	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-169	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-169	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-170	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-170	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-170	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-171	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-171	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-171	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-172	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-172	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-172	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-173	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-173	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-173	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-174	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-174	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-174	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-175	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-175	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-175	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-176	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-176	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-176	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-177	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-177	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-177	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	PDM-178	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-178	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-178	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-179	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-179	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-179	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-180	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-180	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	PDM-180	γ線用ポケット線量計	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/04	2024/08			
812	出入・被ばく管理設備	SGM-01	小物物品搬出モニタ	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	SGM-01	小物物品搬出モニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	SGM-01	小物物品搬出モニタ	1	高	TBM	特性試験	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	SSGM-01	可搬型小物物品搬出モニタ	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	SSGM-01	可搬型小物物品搬出モニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	SSGM-01	可搬型小物物品搬出モニタ	1	高	TBM	特性試験	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	SSGM-02	可搬型小物物品搬出モニタ	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	SSGM-02	可搬型小物物品搬出モニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	SSGM-02	可搬型小物物品搬出モニタ	1	高	TBM	特性試験	16M	2022/10	2024/02			
812	出入・被ばく管理設備	WBC-01	ホールボディカウンタ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
812	出入・被ばく管理設備	WBC-01	ホールボディカウンタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			総合機能検査では、データ処理装置を含めた点検を実施する。
812	出入・被ばく管理設備	WBC-01	ホールボディカウンタ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	WBC-02	ホールボディカウンタ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	WBC-02	ホールボディカウンタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			総合機能検査では、データ処理装置を含めた点検を実施する。
812	出入・被ばく管理設備	WBC-02	ホールボディカウンタ	1	高	TBM	特性試験 (PL系)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
812	出入・被ばく管理設備	WBC-02	ホールボディカウンタ	1	高	TBM	特性試験 (NaI系)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
814	洗濯設備	814_AX008A	つなぎ服用折りたたみ機	1	高	TBM	分解点検	40M	2020/09	2024/01			
814	洗濯設備	814_AX008B	下着・小物用折りたたみ機	1	高	TBM	分解点検	40M	2020/10	2024/02			
814	洗濯設備	FRM-01(814_AX006A)	黄系ランドリ前モニタ	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/07	2024/11			
814	洗濯設備	FRM-01(814_AX006A)	黄系ランドリ前モニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/07	2024/11			
814	洗濯設備	FRM-01(814_AX006A)	黄系ランドリ前モニタ	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/07	2024/11			
814	洗濯設備	FRM-02(814_AX006B)	成形品系ランドリ前モニタ	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/07	2024/11			
814	洗濯設備	FRM-02(814_AX006B)	成形品系ランドリ前モニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/07	2024/11			
814	洗濯設備	FRM-02(814_AX006B)	成形品系ランドリ前モニタ	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/07	2024/11			
814	洗濯設備	RRM-01(814_AX007A)	つなぎ服用ランドリ後モニタ	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/08	2024/12			
814	洗濯設備	RRM-01(814_AX007A)	つなぎ服用ランドリ後モニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/08	2024/12			
814	洗濯設備	RRM-01(814_AX007A)	つなぎ服用ランドリ後モニタ	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/08	2024/12			
814	洗濯設備	RRM-02(814_AX007B)	下着・小物用ランドリ後モニタ	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/08	2024/12			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考		
												サイクル周期	特記事項	
814	洗濯設備	RRM-02(814_AX007B)	下着・小物用ランドリ後モニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/08	2024/12				
814	洗濯設備	RRM-02(814_AX007B)	下着・小物用ランドリ後モニタ	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/08	2024/12				
815	分析設備		放射線測定機器	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/01	2024/05			液シン	
815	分析設備		放射線測定機器	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/10	2024/02			γ核種 (No. 1)	
815	分析設備		放射線測定機器	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/11	2024/03			γ核種 (No. 2)	
815	分析設備		放射線測定機器	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/11	2024/03			α核種	
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	中和滴定装置
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	ガスクロマトグラフ-1
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	ガスクロマトグラフ-2
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	ガスクロマトグラフ-3
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—	2010/09				計算対象外	全有機炭素計-1
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—	2012/11				計算対象外	全有機炭素計-2
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	全有機炭素計-3
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	全有機炭素計-4
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	イオンクロマトグラフ-1
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	イオンクロマトグラフ-2
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—	2012/12				計算対象外	イオンクロマトグラフ-3
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	イオンクロマトグラフ-4
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—	2010/10				計算対象外	誘導結合プラズマ質量分析装置
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	分光光度計-1
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—	2013/09				計算対象外	分光光度計-2
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	分光光度計-3
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	分光光度計-4
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	pH計-1
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	pH計-2
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	pH計-3
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—					計算対象外	pH計-4

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			pH計-5
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			pH計-6
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			pH計-7
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			導電率計-1
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			導電率計-2
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			導電率計-3
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			導電率計-4
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			導電率計-5
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			導電率計-6
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			導電率計-7
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			導電率計-8
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			濁度計-1
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			濁度計-2
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			電子天秤-1
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			電子天秤-2
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			電子天秤-3
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			電子天秤-4
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			電子天秤-5
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			電子天秤-6
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			電子天秤-7
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			電子天秤-8
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			電子天秤-9
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			電子天秤-10
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			電子天秤-11
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			電子天秤-12
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			電子天秤-13
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			溶存酸素計-1
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			溶存酸素計-2
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			溶存酸素計-3
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-	2012/05	計算対象外			原子吸光光度計-1
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	-		計算対象外			原子吸光光度計-2

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
815	分析設備		化学分析機器	1	低	BDM	—	—		計算対象外			誘導結合プラズマ発光分析装置
815	分析設備	BTR-01	低エネルギーベータ放射能測定装置（バイオ試料測定用）	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/01	2024/05			
815	分析設備	BTR-01	低エネルギーベータ放射能測定装置（バイオ試料測定用）	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/01	2024/05			
815	分析設備	BTR-01	低エネルギーベータ放射能測定装置（バイオ試料測定用）	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/01	2024/05			
822	放射線検査設備	ADS-01	α線ダストモニタ	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/01	2024/05			
822	放射線検査設備	ADS-01	α線ダストモニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/01	2024/05			
822	放射線検査設備	ADS-01	α線ダストモニタ	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/01	2024/05			
822	放射線検査設備	AGE-01	α線エネルギー分析装置	1	高	TBM	外観点検	16M	2022/11	2024/03			
822	放射線検査設備	AGE-01	α線エネルギー分析装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2022/11	2024/03			
822	放射線検査設備	AGM-02	GM放射能測定装置	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/06	2024/10			
822	放射線検査設備	AGM-02	GM放射能測定装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/06	2024/10			
822	放射線検査設備	AGM-02	GM放射能測定装置	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/06	2024/10			
822	放射線検査設備	AGM-02	GM放射能測定装置	1	高	TBM	分解点検(検出器)AGM-02	40M	2022/06	2025/10			
822	放射線検査設備	AP-01	ブラシン放射能測定装置	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/07	2024/11			
822	放射線検査設備	AP-01	ブラシン放射能測定装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/07	2024/11			
822	放射線検査設備	AP-01	ブラシン放射能測定装置	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/07	2024/11			
822	放射線検査設備	AP-02	ブラシン放射能測定装置	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/07	2024/11			
822	放射線検査設備	AP-02	ブラシン放射能測定装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/07	2024/11			
822	放射線検査設備	AP-02	ブラシン放射能測定装置	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/07	2024/11			
822	放射線検査設備	AZP-01	ZnS(Ag) / ブラシン放射能測定装置	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/06	2024/10			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
822	放射線計測設備	AZP-01	ZnS (Ag) / プラシン放射能測定装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	AZP-01	ZnS (Ag) / プラシン放射能測定装置	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	AZP-02	ZnS (Ag) / プラシン放射能測定装置	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/07	2024/11			
822	放射線計測設備	AZP-02	ZnS (Ag) / プラシン放射能測定装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/07	2024/11			
822	放射線計測設備	AZP-02	ZnS (Ag) / プラシン放射能測定装置	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/07	2024/11			
822	放射線計測設備	CDS-01	連続ろ紙式ダストモニタ	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/01	2024/05			
822	放射線計測設備	CDS-01	連続ろ紙式ダストモニタ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/01	2024/05			
822	放射線計測設備	CDS-01	連続ろ紙式ダストモニタ	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/01	2024/05			
822	放射線計測設備	DIS-01	線量率表示器	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/05	2024/09			
822	放射線計測設備	DIS-01	線量率表示器	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/05	2024/09			
822	放射線計測設備	DIS-01	線量率表示器	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/05	2024/09			
822	放射線計測設備	DIS-02	線量率表示器	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/05	2024/09			
822	放射線計測設備	DIS-02	線量率表示器	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/05	2024/09			
822	放射線計測設備	DIS-02	線量率表示器	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/05	2024/09			
822	放射線計測設備	DIS-03	線量率表示器	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/05	2024/09			
822	放射線計測設備	DIS-03	線量率表示器	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/05	2024/09			
822	放射線計測設備	DIS-03	線量率表示器	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/05	2024/09			
822	放射線計測設備	DIS-04	線量率表示器	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	DIS-04	線量率表示器	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	DIS-04	線量率表示器	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	DIS-05	線量率表示器	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	DIS-05	線量率表示器	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	DIS-05	線量率表示器	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	DIS-06	線量率表示器	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	DIS-06	線量率表示器	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	DIS-06	線量率表示器	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	DIS-07	線量率表示器	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	DIS-07	線量率表示器	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/06	2024/10			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
822	放射線計測設備	DIS-07	線量率表示器	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	DIS-08	線量率表示器	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	DIS-08	線量率表示器	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	DIS-08	線量率表示器	1	高	TBM	特性試験	16M	2023/06	2024/10			
822	放射線計測設備	FDS-01	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測設備	FDS-01	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測設備	FDS-01	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測設備	FDS-01	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	消耗品交換 (ポンプ)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測設備	FDS-02	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測設備	FDS-02	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測設備	FDS-02	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測設備	FDS-02	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	消耗品交換 (ポンプ)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測設備	FDS-03	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
822	放射線計測設備	FDS-03	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
822	放射線計測設備	FDS-03	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
822	放射線計測設備	FDS-03	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	消耗品交換 (ポンプ)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/01	2024/03			
822	放射線計測設備	FDS-04	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/03	2024/03			
822	放射線計測設備	FDS-04	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/03	2024/03			
822	放射線計測設備	FDS-04	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/03	2024/03			
822	放射線計測設備	FDS-04	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	消耗品交換 (ポンプ)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/03	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
822	放射線計測機	FDS-05	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-05	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-05	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-05	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	消耗品交換 (ポンプ)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-06	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-06	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-06	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-06	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	消耗品交換 (ポンプ)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-07	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/03	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-07	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/03	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-07	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/03	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-07	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	消耗品交換 (ポンプ)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/03	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-08	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-08	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-08	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-08	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	消耗品交換 (ポンプ)	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-09	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/03	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-09	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/03	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-09	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/03	2024/03			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
822	放射線計測機	FDS-09	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	消耗品交換（ポンプ）	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/03	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-10	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-10	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-10	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-10	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	消耗品交換（ポンプ）	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-11	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-11	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-11	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-11	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	消耗品交換（ポンプ）	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-12	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-12	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-12	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-12	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	消耗品交換（ポンプ）	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-13	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-13	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-13	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	FDS-13	固定式ダストサンプラ	1	高	TBM	消耗品交換（ポンプ）	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/02	2024/03			
822	放射線計測機	GC-02	ガスチェンバー	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/07	2024/11			
822	放射線計測機	GC-02	ガスチェンバー	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/07	2024/11			
822	放射線計測機	GC-03	ガスチェンバー	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/07	2024/11			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
822	放射線 ^α 設備	GC-03	ガスチェンバー	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/07	2024/11			
822	放射線 ^α 設備	GC-04	ガスチェンバー	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/07	2024/11			
822	放射線 ^α 設備	GC-04	ガスチェンバー	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/07	2024/11			
822	放射線 ^α 設備	GC-05	ガスチェンバー	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/07	2024/11			
822	放射線 ^α 設備	GC-05	ガスチェンバー	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/07	2024/11			
822	放射線 ^α 設備	GC-06	ガスチェンバー	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/07	2024/11			
822	放射線 ^α 設備	GC-06	ガスチェンバー	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/07	2024/11			
822	放射線 ^α 設備	GC-10	ガスチェンバー	1	高	TBM	外観点検	16M	2023/07	2024/11			
822	放射線 ^α 設備	GC-10	ガスチェンバー	1	高	TBM	機能・性能試験	16M	2023/07	2024/11			
822	放射線 ^α 設備	GE-01	γ線エネルギー分析装置	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/11	2024/03			
822	放射線 ^α 設備	GE-01	γ線エネルギー分析装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/11	2024/03			
822	放射線 ^α 設備	GE-02	γ線エネルギー分析装置	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/11	2024/03			
822	放射線 ^α 設備	GE-02	γ線エネルギー分析装置	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/11	2024/03			
822	放射線 ^α 設備	GME-01	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/10	2025/02			
822	放射線 ^α 設備	GME-01	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/10	2025/02			
822	放射線 ^α 設備	GME-01	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/10	2025/02			
822	放射線 ^α 設備	GME-01	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-02	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/10	2025/02			
822	放射線 ^α 設備	GME-02	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/10	2025/02			
822	放射線 ^α 設備	GME-02	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/10	2025/02			
822	放射線 ^α 設備	GME-02	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-03	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/08	2023/12			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
822	放射線計測設備	GME-03	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/08	2023/12			
822	放射線計測設備	GME-03	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2022/08	2023/12			
822	放射線計測設備	GME-03	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-04	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/10	2025/02			
822	放射線計測設備	GME-04	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/10	2025/02			
822	放射線計測設備	GME-04	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/10	2025/02			
822	放射線計測設備	GME-04	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-05	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/10	2025/02			
822	放射線計測設備	GME-05	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/10	2025/02			
822	放射線計測設備	GME-05	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/10	2025/02			
822	放射線計測設備	GME-05	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-06	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-06	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-06	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-06	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/06	2024/10			
822	放射線計測設備	GME-07	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-07	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-07	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-07	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/06	2024/10			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
822	放射線 ^α 設備	GME-08	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-08	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-08	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-08	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/06	2024/10			
822	放射線 ^α 設備	GME-09	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-09	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-09	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-09	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/06	2024/10			
822	放射線 ^α 設備	GME-10	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-10	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-10	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-10	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/06	2024/10			
822	放射線 ^α 設備	GME-11	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-11	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-11	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-11	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/07	2024/11			
822	放射線 ^α 設備	GME-12	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-12	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線 ^α 設備	GME-12	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
822	放射線計測設備	GME-12	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/07	2024/11			
822	放射線計測設備	GME-13	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-13	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-13	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-13	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/07	2024/11			
822	放射線計測設備	GME-14	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-14	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-14	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-14	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/07	2024/11			
822	放射線計測設備	GME-15	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-15	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-15	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/08	2024/12			
822	放射線計測設備	GME-15	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/07	2024/11			
822	放射線計測設備	GME-16	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-16	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-16	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-16	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/07	2024/11			
822	放射線計測設備	GME-17	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-17	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
822	放射線計測設備	GME-17	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-17	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/07	2024/11			
822	放射線計測設備	GME-18	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-18	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-18	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-18	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/07	2024/11			
822	放射線計測設備	GME-19	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-19	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-19	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-19	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/07	2024/11			
822	放射線計測設備	GME-20	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-20	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-20	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-20	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2022/07	2024/11			
822	放射線計測設備	GME-21	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-21	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-21	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-21	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2023/09	2026/01			
822	放射線計測設備	GME-22	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			

点検計画

系統番号	系統名称	機器番号	機器名称	機器個数	保全重要度	保全方式	保全タスク	点検間隔/頻度	至近点検実績	次回点検期限	特別な保全計画にて管理	備考	
												サイクル周期	特記事項
822	放射線計測設備	GME-22	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-22	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-22	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2023/09	2026/01			
822	放射線計測設備	GME-23	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-23	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-23	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-23	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2023/09	2026/01			
822	放射線計測設備	GME-24	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-24	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-24	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-24	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2023/09	2026/01			
822	放射線計測設備	GME-25	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-25	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-25	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-25	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2023/09	2026/01			
822	放射線計測設備	GME-26	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	外観点検	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-26	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	機能・性能試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-26	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	特性試験	16M(ただし、年度に1回実施)	2023/09	2025/01			
822	放射線計測設備	GME-26	GM管式サーベイメータ(汚染)	1	高	TBM	分解点検(検出器)	28M	2023/09	2026/01			